	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ ISI-NEM TAKİP FORMU			
Doküman Kodu **SDS. FR.11**	**Yayın Tarihi** **25.12.2024**	**Revizyon Tarihi**	**Revizyon No** **00**	**Sayfa Sayısı** **1 / 1**

Alanların Sıcaklık ve Nem oranları; Aşağıdaki rakamları aşmamalıdır.

Kirli Alan; (22 C,%60 nem oranı)
Temiz Alan; (22 C,%60 nem oranı)
Steril Alan; (22 C,%60 nem oranı)

Tarih	KİRLİ ALAN	TEMİZ ALAN	STERİL ALAN	DEĞERLENDİRME	Kontrol Eden İmza	İmza